

n-HEKZAN / n-HEXANE

Ekstraksiyon için n-Hekzan / n-Hexane for Extraction · N-HEXANE-EXTRACTION

DOKÜMAN NO / DOCUMENT NO. KK-2026-TDS-NHEX	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE N-HEXANE-EXTRACTION	REVİZYON / REVISION Rev. 00
--	--	---------------------------------------

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

Ürün Adı Product Name	Ekstraksiyon için n-Hekzan n-Hexane for Extraction	Ürün Kodu Product Code	N-HEXANE-EXTRACTION
Görünüm Appearance	Şeffaf, tortusuz Transparent, sediment free	GTİP / CN Kodu CN Code	27101225
Tedarikçi Supplier	Kor Kimya Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.	SAP Ürün Numarası SAP Product Number	19004162

ŞARTNAME DEĞERLERİ

SPECIFICATION

PARAMETRE PARAMETER	BİRİM UNIT	SINIR DEĞER LIMITS	YÖNTEM METHOD
Görünüm Appearance		Şeffaf, tortusuz Transparent, sediment free	
15 °C'de yoğunluk Density at 15 °C	g/cm ³	0.6650 - 0.6850 0.6650 - 0.6850	MSZ EN ISO 12185
İlk kaynama noktası Initial Boiling Point	°C	en az 64 min. 64	MSZ EN ISO 3405
Son kaynama noktası Final Boiling Point	°C	en fazla 69.5 max. 69.5	MSZ EN ISO 3405
n-Hekzan n-Hexane	%(m/m)	en az 55 min. 55	ASTM D5134
Metilsiklopentan Methylcyclopentane	%(m/m)	en fazla 20 max. 20	ASTM D5134
Sikloheksan Cyclohexane	%(m/m)	en fazla 1.8 max. 1.8	ASTM D5134
C6 izoalkanlar C6 i-alkanes	%(m/m)	en fazla 35 max. 35	ASTM D5134
n-Heptan n-Heptane	%(m/m)	en fazla 3 max. 3	ASTM D5134
Toplam aromatikler Total aromatics	mg/kg	en fazla 10 max. 10	MSZ 1043
Benzen Benzene	mg/kg	en fazla 10 max. 10	MSZ 1043
Renk (HAZEN) Colour (HAZEN)		en fazla 20 max. 20	ISO 6271
Brom sayısı Bromine number	gBr/100g	en fazla 0.01 max. 0.01	ISO 3839
Kükürt içeriği Sulphur Content	mg/kg	en fazla 2.0 max. 2.0	MSZ EN ISO 20846
Mevcut zatk Existent Gum	mg/100cm ³	en fazla 5 max. 5	MSZ EN ISO 6246
Su Water		Yok Exempt	MSZ 1044 4-2
Doktor testi Doctor Test		Negatif Negativ	ASTM D4952
As As	mg/kg	< 1.00 < 1.00	EPA 6020A
Pb Pb	mg/kg	< 1.00 < 1.00	EPA 6020A

Analiz Notu · Analysis Note

As ve Pb içeriği, Bálint Analitika Kft tarafından yapılan teste dayanmaktadır.
As and Pb content based on test performed by Bálint Analitika Kft